



Anti-Streptolysin O

Akronym	ASL
Material	<u>Serum, 1 mL</u>
<u>Entscheidungsgrenze</u>	Negativ: < 200 IE/mL
Methode	Turbidimetrie
Qualitätskontrolle	<u>Zertifikat</u>
Siehe auch	<u>Streptokokken-Antikörper</u>
<u>Anforderungsschein</u>	<u>Download</u> und <u>Analysenposition</u>
Auskünfte	<u>Infektionsimmunologie</u>